

WIM/MW/ZP/340/21/PYT-VI/1658/2007

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania
WIM/ZP/340/21/2007**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono
SIWZ/WIM/ZP/340/21/2007**

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 13.04.2007 r. dotyczące treści SIWZ/WIM/ZP/340/21/2007 „Dostawa aparatury i urządzeń medycznych dla Szpitala Miejskiego im. Alfreda Sokołowskiego przy ul. Mieszka I 7 w Świnoujściu.”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienia Wykonawcy z dnia 10 kwietnia 2007 roku zawierające pytanie dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie z dnia 13 kwietnia 2007 r.

Dotyczy Zał. Nr 1.32 – CPAP –zestaw do wspomagania oddechu u wcześniaków i noworodków

Dot. pkt 4.1

Czy Zamawiający pod podana treścią pkt 4.1 rozumie system do aplikacji przez nos dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych, którego poziom wartości może być regulowany w zakresie 0 do 10 cm H₂O ? Aplikacja odbywa się przy użyciu krótkich podwójnych kaniuli donosowych w kształcie rozszerzonego stożka lub maseczki donosowej.

Odpowiedź:

Tak

Na podstawie art.27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma poprzez fax na numer faxu Zamawiającego 091-327-06-29.