

WIM/MW/ZP/340/21/PYT-XI/2054/2007

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania
WIM/ZP/340/21/2007**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i
udostępniono SIWZ/WIM/ZP/340/21/2007**

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 27.04.2007 dotyczące treści SIWZ/WIM/ZP/340/21/2007 „Dostawa aparatury i urządzeń medycznych dla Szpitala Miejskiego im. Alfreda Sokołowskiego przy ul. Mieszka I 7 w Świnoujściu.”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z dnia 27.04.2007 zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytania z dnia 27 kwietnia 2007 r.

(numery kolejne pytań nadane jako porządkowe przez Zamawiającego; numer w nawiasie kolejne pytanie wykonawcy).

- **dotyczy: Koagulacja diatermia z modułem argonowym - 1 kpl. (1.25):**

Pytanie 123 (1)

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania także giętkiej sondy argonowej o śr. 2,3mm dł.2,2m z wylotem bocznym (punkt nr 6)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 124 (2)

2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania uniwersalnego aplikatora argonowego z wysuwaną szpatułką o dł. ok.10 cm, za pomocą którego można ciąć i koagulować?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 125 (3)

3. Czy Zamawiający oczekuje okrągłych, jednobolcowych (przeznaczonych do podłączenia kabli w systemie jednobolcowym) gniazd podłączeniowych w aparacie, które charakteryzują się dużą trwałością oraz łatwością użytkowania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, zgodnie, z którymi jeżeli nie określono inaczej, dopuszcza się dowolne gniazda.

- **dotyczy: Koagulacja - diatermia- 1 kpl. (1.26):**

Pytanie 126 (4)

4. Czy Zamawiający oczekuje okrągłych, jednobolcowych (przeznaczonych do podłączenia kabli w systemie jednobolcowym) gniazd podłączeniowych w aparacie, które charakteryzują się dużą trwałością oraz łatwością użytkowania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, zgodnie, z którymi jeżeli nie określono inaczej, dopuszcza się dowolne gniazda.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma poprzez fax na numer faxu Zamawiającego 091-327-06-29.