

WIM/MW/ZP/340/22/PYT-II,III/MOD-1/1609/2007

1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania
WIM/ZP/340/22/2007
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i
udostępniono SIWZ/WIM/ZP/340/22/2007

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane w dniach: 23.03.2007 r. 26.03.2007 r. dotyczące treści SIWZ/WIM/ZP/340/22/2007 „Dostawa wyposażenia i mebli medycznych dla Szpitala Miejskiego im. Alfreda Sokołowskiego przy ul. Mieszka I 7 w Świnoujściu.”**

**ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA
i
MODYFIKACJA NR 1**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), uwzględniając pytania Wykonawców zadane w dniach: 23.03.2007 r. i 26.03.2007 r. dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego, oraz dokonuję modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia WIM/ZP/340/22/2007 jak określono poniżej w tekście odpowiedzi:

- I. Pytania zadane przez Wykonawcę w dniu 23.03.2007 r.** (zachowano oryginalny układ i kolejność pytań – numeracja w nawiasie określa numer pytania Wykonawcy; przed nawiasem numer porządkowy nadany przez Zamawiającego).

Pytania dotyczące Tabeli 1.2. pozycje 10 i 11 i 12

Pytanie 1 (1)

Czy Zamawiający dopuści stół bez alternatywnego napędu hydrauliczno-mechanicznego?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści stołu operacyjnego sześćosegmentowego - pozycja 10, pkt .I Tabeli 1.2, bez alternatywnego napędu zapewniającego sterowanie funkcjami stołu w przypadku awarii układu elektrycznego.

Modyfikacja 1-1

Zamawiający zmienia zapis w poz.10 - Stół operacyjny sześćosegmentowy, pkt I. Wyposażenie medyczne Tabeli 1.2. – z opisu technicznego po wyrazach: „Stół wyposażony w alternatywny napęd - wykreśla wyrażenie: „hydrauliczno-mechaniczny (pompa hydrauliczna uruchomiana jednym pedałem)”

Pytanie 2 (2)

Czy Zamawiający dopuści stół z pilotem bez podświetlanych piktogramów?

Odpowiedź: *Ad. Poz. 10 – stół operacyjny sześciosegmentowy –nie, Zamawiający nie dopuszcza stołu z pilotem bez podświetlanych piktogramów.*

Ad. Poz. 11. – stół operacyjny pięciosegmentowy – tak, Zamawiający dopuszcza stół z pilotem bez podświetlanych piktogramów.

Modyfikacja 1-2

Zamawiający zmienia zapis w poz. 11- Stół operacyjny pięciosegmentowy, pkt I. Wyposażenie medyczne Tabeli 1.2. - z opisu technicznego po wyrażeniu:” Pilot” wykreśla się zdanie: ” z podświetlanymi piktogramami, ułatwiający sterowanie funkcjami stołu przy ograniczonym oświetleniu (np. zabiegi endoskopowe).”

Pytanie 3 (3)

Czy Zamawiający dopuści stół z mechanicznym łamaniem segmentów leża?

Odpowiedź: *Nie . W poz. 10 – stół operacyjny sześciosegmentowy oraz w pozycji 11- stół operacyjny pięciosegmentowy Zamawiający nie dopuści stołów z mechanicznym łamaniem segmentów leża.*

W poz. 12 – tak, zgodnie z zapisem w SIWZ.

Pytanie 4 (4)

Czy Zamawiający dopuści stół o sterowaniu elektromechanicznym?

Odpowiedź: *W poz. 10 i 11 nie – Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.*

W poz. 12- Tak, Zamawiający dopuszcza stół o sterowaniu elektromechanicznym.

Pytanie 5 (5)

Czy Zamawiający dopuści stół o regulacji podnóżka węższej niż +/- 90 °?

Odpowiedź: *Tak. Zamawiający wymaga regulacji podnóżka w zakresie min.-90⁰ +70⁰*

Pytanie 6 (6)

Czy Zamawiający dopuści stół o szerokości blatu 580mm?

Odpowiedź: *Tak .Zamawiający dopuści stoły o szerokości blatu 580mm*

Modyfikacja 1-3

Zamawiający zmienia zapisy w pozycjach: 10. 11 i 12 , pkt I.-Wyposażenie medyczne Tabeli 1.2.SIWZ - z opisów technicznych w pozycji: Dane techniczne - wykreśla się zapisy: „całkowita szerokość blatu max 550 mm” ; „szerokość materaców min 500 mm” i wprowadza w każdej pozycji tabeli tj. poz.10.11.12 pkt.I Tabeli 1.2. zapis o obowiązującym brzmieniu: „całkowita szerokość blatu max. 580 mm”.

Pytanie 7 (7)

Czy Zamawiający dopuści stół o maksymalnej wysokości blatu ok. 1100mm?

Odpowiedź: *Tak*

Pytanie 8 (8)

Czy Zamawiający dopuści stół o regulacji pleców -45 do $+85^\circ$?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści stół z poz. 12- stół operacyjny pięciosegmentowy z regulacją oparcia pleców w zakresie: minimum - $40^\circ (\pm 5^\circ)$ do 70° .

Modyfikacja 1-4

Zamawiający zmienia zapis w pozycji 12 – stół operacyjny pięciosegmentowy, pkt I- Wyposażenie medyczne, Tabeli 1.2.SIWZ – z opisu technicznego w pozycji: Dane techniczne: Regulacja oparcia pleców: wykreśla się wyrażenie: - 40° do 70° i wprowadza zapis o obowiązującym brzmieniu: „ minimum : - $40^\circ (\pm 5^\circ)$ do 70° ”.

Pytanie 9 (9)

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją podglówka mniejszą niż $\pm 50^\circ$?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga minimum zakresu regulacji podglówka w zakresie: $-40^\circ +30^\circ$

Pytanie 10 (10)

Czy Zamawiający dopuści stół z przesuwem wzdłużnym blatu 250mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytania dotyczące Tabeli 1.2 pozycje 14

Pytanie 11 (11)

Czy Zamawiający dopuści stół wymiarach blatu 2100 x 580mm?

Odpowiedź: Tak.

Modyfikacja 1-5

Zamawiający zmienia zapis w pozycji 14 – stół operacyjno-zabiegowy pkt I-Wyposażenie medyczne, Tabeli 1.2.SIWZ - z opisu technicznego w pozycji: Dane techniczne - wykreśla się zapis: „całkowita szerokość blatu: 540mm (± 20 mm) i wprowadza w pozycji 14, Tabeli 1.2. zapis o obowiązującym brzmieniu: „całkowita szerokość blatu min. 540 - max. 580 mm” oraz wykreśla się zapis „długość stołu z blatem :2200mm(± 20 mm)” i wprowadza w poz. 14, Tabeli 1.2. zapis o obowiązującym brzmieniu: „długość stołu z blatem: min. 2050 mm”

Pytanie 12 (12)

Czy Zamawiający dopuści stół o maksymalnej wysokości 1040mm?

Odpowiedź: Tak.

Modyfikacja 1-6

Zamawiający zmienia zapis w pozycji 14 – stół operacyjno-zabiegowy, pkt I -Wyposażenie medyczne, Tabeli 1.2.SIWZ - w opisie technicznym w pozycji: Dane techniczne - Regulacja wysokości 730 do 1080 mm wykreśla się zapis (± 20 mm) i wprowadza się wyrażenie o obowiązującym brzmieniu (± 40 mm).

Pytanie 13 (13)

Czy Zamawiający dopuści stół o regulacji pleców -45 do + 70°?

Odpowiedź: Tak

Modyfikacja 1-7

Zamawiający zmienia zapis w pozycji 14 – stół operacyjno-zabiegowy, pkt. I -Wyposażenie medyczne, Tabeli 1.2.SIWZ - w opisie technicznym w pozycji: Dane techniczne - Regulacja oparcia pleców: -400 do 800 wykreśla się zapis (± 20) i wprowadza się wyrażenie o obowiązującym brzmieniu (± 100)

Pytanie dotyczy Tabeli 1.2 pozycja 1 i 2 i 3 i 4 i 5

Pytanie 14 (14)

Czy Zamawiający wymaga temperatury barwowej nie mniejszej niż 4200 K w każdym stanie pracy lampy?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga temperatury barwowej nie mniejszej niż 4200 K w każdym stanie pracy lampy.

Pytanie 15 (15)

Czy Zamawiający wymaga lampy o minimalnej średnicy pola roboczego nie mniejszej od minimalnej „min. 13”?

Odpowiedź: dla poz. 1,2,3,5. średnica pola operacyjnego minimum 13 cm, dla pozycji 4 – minimum 16 cm + przedziały i parametry zgodnie z opisami SIWZ

Pytanie dotyczy Tabeli 1.2 pozycja 1 i 2

Pytanie 16 (16)

Czy Zamawiający wymaga lampy o dowolnej średnicy pola roboczego mieszczącej się w przedziale „min. 13-19cm”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga lampy z możliwością regulacji średnicy pola roboczego w zakresie minimum od 13cm do 19 cm.

Pytanie 17. (17)

Czy Zamawiający dopuści lampę nie posiadającą przycisków sterowniczych na ramieniu lub głowicy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 18. (18)

Czy Zamawiający dopuści lampę na podstawie mniej niż 4 kołowej?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisem w SIWZ.

Pytanie dotyczy Tabeli 1.2 pozycja 3 i 4 i 5.

Pytanie 19 (19)

Czy Zamawiający dopuszcza lampy z niesterylną regulacją natężenia oświetlenia?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 20 (20)

Czy Zamawiający dopuszcza lampę z elektryczną regulacją natężenia oświetlenia w którym to systemie w trakcie zmniejszania natężenia oświetlenia temperatura barwowa spada poniżej 4100K?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 21 (21)

Czy Zamawiający dopuszcza lampy o dowolnej żarówce, np. ksenonowej, diodowej, halogenowej?

Odpowiedź: Tak, przy zachowaniu pozostałych minimalnych parametrów wymaganych w SIWZ.

Modyfikacja 1-8

Zamawiający zmienia zapisy w pozycjach: 3 i 4 i poz. 5, pkt. I - Wyposażenie medyczne, Tabeli 1.2.SIWZ - w opisach technicznych podanych pozycji po wyrażeniu: źródło światła: żarówki halogenowe – dopisuje się: „lub ksenonowe lub diodowe”.

Pytanie 22 (22)

Czy Zamawiający dopuści lampę z niesymetrycznie umieszczonym sterylnym uchwytem do regulacji płamy świetlnej?

Odpowiedź: Tak.

II. Pytania zadane przez Wykonawcę w dniu 26.03.2007 r. (zachowano oryginalny układ i kolejność pytań – numeracja w nawiasie określa numer pytania Wykonawcy; przed nawiasem numer porządkowy nadany przez Zamawiającego).

Lampa bezcieniowa ścienna/stojąca (poz. 2 pkt. I Tabeli 1.2.)

Pytanie 23 (1)

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie lampy zabiegowej bezcieniowej o współczynniku oddawania barw $Ra=91$?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza lampę o współczynniku oddawania barw $Ra \geq 91$

Modyfikacja 1-9

Zamawiający zmienia zapis w pozycji 2 – Lampa bezcieniowa stojąca, w pkt I-Wyposażenie medyczne, Tabeli 1.2- w opisie technicznym wykreśla się zapis „ $Ra \geq 93$, na to miejsce wprowadza się wyrażenie o obowiązującym brzmieniu „ $R \geq 91$ ”

Lampa sufitową trzyoogniskowa

Pytanie 24 (1)

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie lampy operacyjnej bezcieniowej jednorefleksyjnej posiadającej wieloparaboliczny, szlifowany reflektor, wytwarzający optymalną głębię ostrości o dł.70 cm jak 3360 mikro zwierciadeł oraz posiadającej zapewnioną ciągłość oświetlenia dzięki rezerwowej żarówce, która w momencie awarii żarówki włącza się automatycznie nie zakłócając optymalnego oświetlenia, zamiast lampy 3-refleksyjnej

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Pytanie 25 (2)

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjnej o maksymalnym natężeniu oświetlenia 90.000 lux?

Odpowiedź: Tak, lecz o współczynniku oddawania barw $Ra \geq 94$

Modyfikacja 1-10

Zamawiający zmienia zapis w pozycji 3 – Lampa sufitowa trzyogniskowa, pkt I- Wyposażenie medyczne, Tabeli 1.2. – w opisie technicznym wykreśla się zapis „Natężenie oświetlenia min. 110.000 lux, współczynnik oddawania barw $Ra \geq 95$ ” na to miejsce wprowadza się wyrażenie o obowiązującym brzmieniu „Natężenie oświetlenia min. 90.000 lux, współczynnik oddawania barw $Ra \geq 94$ ”

Lampy operacyjne 5+3 sufitowe

Pytanie 26 (1)

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjnej bezcieniowej o dwóch czaszach 1-reflektorowych posiadających każda wieloparaboliczny, szlifowany reflektor wytwarzający optymalną głębokość ostrości o dl. 70 cm jak 3360 mikro zwierciadeł oraz posiadającej zapewnioną ciągłość oświetlenia dzięki rezerwowej żarówce, która w momencie awarii żarówki włącza się automatycznie nie zakłócając optymalnego oświetlenia, zamiast lampy 5+3-reflektorowej?

Odpowiedź: Nie .Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pytanie 27 (2)

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjnej o maksymalnym natężeniu oświetlenia 145.000 lux dla czaszy głównej?

Odpowiedź: Tak, lecz o współczynniku oddawania barw $Ra \geq 94$.

Modyfikacja 1-11

Zamawiający zmienia zapis w pozycji 4 – Lampy operacyjne 5+3 sufitowe, pkt. I- Wyposażenie medyczne, Tabeli 1.2. – w opisie technicznym w poz. : Wymogi dla kopuły 5-reflektorowej :wykreśla się zapis: „Natężenie oświetlenia min. 150.000 lux, współczynnik oddawania barw $Ra \geq 95$ ”, na to miejsce wprowadza się wyrażenie o obowiązującym brzmieniu „Natężenie oświetlenia min. 145.000 lux, współczynnik oddawania barw $Ra \geq 94$ ”.

Pytanie 28 (3)

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy o zakresie regulacji średnicy pola bezcieniowego dla czaszy głównej 15 cm - 26 cm?

Odpowiedź: Nie .Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Pytanie 29 (4)

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjnej o maksymalnym natężeniu oświetlenia 90.000 lux dla satelity?

Odpowiedź: Tak, lecz o współczynniku oddawania barw minimum $Ra \geq 94$.

Modyfikacja 1-12

Zamawiający zmienia zapis w pozycji 4 – Lampy operacyjne 5+3 sufitowe, pkt I- Wyposażenie medyczne, Tabeli 1.2. – w opisie technicznym w poz. : Wymogi dla kopuły 3-reflektorowej :wykreśla się zapis „Natężenie oświetlenia min. 110.000 lux, współczynnik oddawania barw $Ra \geq 95$ ”, na to miejsce wprowadza się wyrażenie o obowiązującym brzmieniu „Natężenie oświetlenia min. 90.000 lux, współczynnik

oddawania barw $Ra \geq 94$ ".

Lampy operacyjne 3+3 projektorowe

Pytanie 30 (1)

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjnej bezcieniowej o dwóch czasach 1-reflektorowych posiadających każda wieloparaboliczny, szlifowany reflektor, wytwarzający optymalną głębokość ostrości o dł. 70 cm jak 3360 mikro zwierciadeł oraz posiadającej zapewnioną ciągłość oświetlenia dzięki, rezerwowej żarówce, która w momencie awarii żarówki włącza się automatycznie nie zakłócając optymalnego oświetlenia, zamiast, lampy 3+3-reflektorowej?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pytanie 31 (2)

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjnej o maksymalnym natężeniu oświetlenia 90.000 lux?

Odpowiedź: Tak, lecz o współczynniku oddawania barw $Ra \geq 94$

Modyfikacja 1-13

Zamawiający zmienia zapis w pozycji 5 – Lampy operacyjne 3+3 projektorowe sufitowe, pkt. I- Wyposażenie medyczne, Tabeli 1.2. – w opisie technicznym w poz: Wymogi dla kopuł 3-reflektorowych: wykreśla się zapis „Natężenie oświetlenia min. 110.000 lux, współczynnik oddawania barw $Ra \geq 95$ ”a na to miejsce wprowadza się wyrażenie o obowiązującym brzmieniu „Natężenie oświetlenia min. 90.000 lux, współczynnik oddawania barw $Ra \geq 94$ ”.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma poprzez fax na numer faxu Zamawiającego 091-327-06-29.