

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania WIM/ZP/340/22/2007**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ/WIM/ZP/340/22/2007**

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 16.04.2007 r. dotyczące treści SIWZ/WIM/ZP/340/22/2007 Dostawa wyposażenia i mebli medycznych dla Szpitala Miejskiego im. Alfreda Sokolowskiego przy ul. Mieszka I 7 w Świnoujściu.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z dnia 16 kwietnia 2007 roku zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytania Wykonawcy z dnia 16.04.2007 r. odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytania z dnia 16 kwietnia 2007 r.

(w nawiasach numer kolejny pytania danego wykonawcy do danej pozycji, przed nawiasem numer porządkowy nadany przez Zamawiającego).

Dotyczy :Tabela 1.2, I. Wyposażenie Medyczne

Pytanie 74 (1) Poz. 3 i 5

Czy Zamawiający dopuści lampę trzyogniskową o średnicy pola 17,5-24 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ

Pytanie 75(2) Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści lampę z kopułą 5 reflektorową o natężeniu oświetlenia 140000 lx, Ra=94 i średnicy pola 18,5 - 28 cm przy zakresie pracy bez konieczności ogniskowania 70-150 cm oraz kopułę trzyogniskową o natężeniu oświetlenia 90000 lx, Ra = 94 i średnicy pola ,5 - 24 cm przy zakresie pracy bez konieczności ogniskowania 70 -150 ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ

Pytanie 76 (3) Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści stół o szer. całkowitej 694 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ

Pytanie 77 (4) Poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści stół o szer. 590 mm, elektrycznej regulacji Trendelenburga i anty

Trendelenburga do 25 stopni wysokości 730-1030mm, przechyłów bocznych w zakresie +/-20 stopni i udźwigu 180 kg regulowany pilotem ręcznym przewodowym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ

Pytanie 78 (5) Poz. 12; 13; 14

Czy zamawiający dopuści stół operacyjny o szer. 620 mm z regulacją przechyłów bocznych blatu za pomocą sprężyn gazowych, wykonanego ze stali lakierowanej proszkowo z osłonami ze stali nierdzewnej i zakresem regulacji części plecowej od -15 do +90 stopni ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający określił wymaganą szerokość stołów operacyjnych w SIWZ

Pytanie 79 (6)

Czy Zamawiający może sprecyzować wymagania w poz. 10 dotyczące materacy, segmentów blatu i sposobu ich demontowania?

Odpowiedź: Zamawiający sprecyzował swoje wymagania dotyczące stołu operacyjnego sześćosegmentowego w Tabeli 1.2. poz.I., pkt. 10 oraz w udzielonych odpowiedziach na pytania.

Pytanie 80 (7)

Czy Zamawiający może sprecyzować które segmenty leża w poz. 10 mają być regulowane elektrohydraulicznie?

Odpowiedź: regulacja elektro-hydrauliczna następujących segmentów leża: oparcie pleców oraz uzyskanie wypiętrzenia nerkowego.

Pytanie 81 (8)

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania stołu w poz. 10 z podnóżkiem regulowanym czy też nie? Jeśli podnóżek ma być regulowany to prosimy o sprecyzowanie sposobu regulacji i zakresu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 – Zamawiający wymaga regulacji podnóżka w zakresie min.-90^o + 70^o za pomocą mechanizmu zaciskowego.

Pytanie 82 (9)

W opisie stołu sześćosegmentowego w poz. 10 Zamawiający nie podał zakresu regulacji części plecowej blatu. Prosimy o sprecyzowanie czy taka regulacja jest wymagana czy nie.

Odpowiedź: Regulacja oparcia pleców wymagana w zakresie: -40^o (±5^o) do +70^o,

Pytanie 83(10)

Prosimy o sprecyzowanie zapisu w poz. 10 odnośnie podstawy czy chodzi o stół stacjonarny czy mobilny?

Odpowiedź: Stół operacyjny sześćosegmentowy -mobilny.

Pytanie 84 (11)

Prosimy o podanie czy w poz. 10 i poz. 11 chodzi o stół mobilny czy stacjonarny?

Odpowiedź: w pozycji10 – stół mobilny oraz w poz.11- stół mobilny.

Pytanie 85 (12)

Czy Zamawiający w poz. 11 dopuści stół elektrohydrauliczny bez przesuwu wzdłużnego, natomiast

posiadający równoważne rozwiązanie umożliwiające monitorowanie pacjenta ramieniem C dzięki segmentowej budowie blatu i możliwości jego odpowiedniej konfiguracji w zależności od rodzaju i specyfiki zabiegu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 86 (13)

Prosimy o podanie jakiego zakresu regulacji podnóżka wymaga Zamawiający dla stołu pięciosegmentowego w poz. 11?

Odpowiedź: Zamawiający (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5) wymaga regulacji podnóżka w zakresie min. $-90^0 + 70^0$

Pytanie 87 (14)

Czy Zamawiający dopuści w poz. 11 stół pięciosegmentowy elektrohydrauliczny sterowany pilotem przewodowym bez panelu na kolumnie i podświetlanych piktogramów natomiast z alternatywną manualną regulacją Trendelenburga i anty Trendelenburga oraz dodatkowym niezależnym źródłem zasilania?

Odpowiedź: Nie: zapisy SIWZ dokładnie określają dopuszczone sposoby sterowania stołem.

Pytanie 88 (15)

Czy Zamawiający w poz. 10 dot. stołu 6 segmentowego wymaga przesuwu wzdłużnego min 250 mm w każdą stronę względem kolumny stołu ? Jeśli tak to zwracamy się z prośbą o zredukowanie tego wymagania do 200 mm w każdą stronę względem kolumny stołu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przesuwu wzdłużnego łącznie 250mm

Pytanie 89 (16)

Proszę o sprecyzowanie opisu technicznego, konstrukcyjnego wózka wielofunkcyjnego-anestezjologicznego (poz. 17 tabela 1.2).

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi możliwości dalszego sprecyzowania opisu wózka.

Pytanie 90 (17)

Czy w wózkach mobilnych z szufladami wymagane są zabezpieczenia zamknięcia tych szuflad przed dostępem osób postronnych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie postawił takich wymagań.

Pytanie 91 (18)

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w frontach szufladowych wózków mobilnych uszczelki pyłoszczelnych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie w frontach szufladowych wózków mobilnych uszczelki pyłoszczelnych.

Pytanie 92 (19)

Czy w wózku wielofunkcyjnym (poz.18) Zamawiający dopuszcza wykonanie frontów szufladowych z materiału innego niż ABS ?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z zapisem w SIWZ

Pytanie 93 (20)

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji wózków mobilnych z aluminium z wypełnieniem płytami meblowymi laminowanymi o wysokich walorach użytkowo-

higienicznych ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje opisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 94 (21)

Czy Zamawiający wymaga aby fotel ginekologiczny posiadał regulację wysokości ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 95 (22)

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny z regulacją pozycji Trendelenburga, natomiast bez regulacji pozycji anty-Trendelenburga ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ

Pytanie 96 (23)

Czy Zamawiający dopuści stół sekcyjny o długości blatu 2800 mm, szerokości 850mm i regulacji wysokości w zakresie 850mm – 110mm?

Odpowiedź: Tak

Dotyczy „Tabela 1.2, II Meble Medyczne

Pytanie 97 (24)

Czy biurko lekarskie poz. 1 ma być wykonane jako konstrukcja płycinowa czy jako meble modułowe o konstrukcji szkieletu aluminiowego z wypełnieniem z płyty meblowej?

Odpowiedź: Biurka – wykonane jako konstrukcja płycinowa, zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie 98 (25)

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stanowisk do pielęgnacji noworodków i niemowląt, stanowisk laboratoryjnych i mebli modułowych z profili aluminiowych anodowanych w naturalnym kolorze aluminium bez dodatkowego zabezpieczenia lakierami proszkowymi lub z kształtowników stalowych zabezpieczanych farbami proszkowymi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 99 (26)

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w meblach modułowych prowadnic szufladowych typu „METABOX” z wkładem z tworzywa?

Odpowiedź: Zgodnie z wcześniej udzieloną odpowiedzią na pytanie Nr 68 – Zamawiający dopuszcza w meblach medycznych w miejsce „szuflad monolitycznych z tworzywa bez wewnętrznych szczelin i połączeń – zaferowanie szuflad typu METABOX (o bokach metalowych lakierowanych proszkowo, doły szuflad wykonane z płyt o parametrach wymaganych w SIWZ), które spełniają pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 100 (27)

Proszę o sprecyzowanie zapisu gdzie występują drzwi uchylne oszklone wykonane w ramie aluminiowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymagał takiego typu drzwi.

Pytanie 101 (28)

Proszę o sprecyzowanie informacji dotyczących półek przestawnych w meblach modułowych: ile półek i regulacja płynna czy skokowa?

Odpowiedź: W poz. 28,29,30, - podano ilości półek . Wszystkie półki przestawne z regulacją skokową.

Pytanie 102 (29)

Proszę o sprecyzowanie zapisu dotyczącego stołu ze stal nierdzewnej do gipsowni poz. 42.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 69: Standardowy stół z przeznaczeniem do gipsowni z komorą z osadnikiem gipsu (komora o wym.: ok. 450x450x150mm).

Wyposażony w dolną półkę. Błat stołu zagłębiony z trzech stron, z fartuchem na tylnej ścianie o wysokości ok. 50mm. Zamawiający akceptuje stół o wysokości 850 mm

Pytanie 103 (30)

Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe z elektryczną regulacją części plecowej w zakresie 0-70 stopni ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 104 (31)

Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe bez regulacji podglówka (poduszki) ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 105 (32)

Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe bez tapicerowanego uchwytu do obciążania części lędźwiowej, mocowanego na euroszybie ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma poprzez fax na numer faxu Zamawiającego 091-327-06-29.