

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania  
WIM/ZP/340/22/2007**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której  
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i  
udostępniono SIWZ/WIM/ZP/340/22/2007**

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 17.04.2007 r. i 18.04.2007 r. dotyczące treści SIWZ/WIM/ZP/340/22/2007 Dostawa wyposażenia i mebli medycznych dla Szpitala Miejskiego im. Alfreda Sokolowskiego przy ul. Mieszka I 7 w Świnoujściu.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienia Wykonawców z dnia 17 i 18 kwietnia 2007 roku zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań z dnia 17 i 18 kwietnia 2007 r. i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytania z dnia 17.04.2007 r.**

**(w nawiasach numer kolejny pytania danego wykonawcy do danej pozycji, przed nawiasem numer porządkowy nadany przez Zamawiającego).**

**Dotyczy „Tabela 1.2,1 Wyposażenie Medyczne**

**Poz. 9, Stół sekcyjny**

**Pytanie 106 (1)**

Prosimy o sprecyzowanie za pomocą jakiego systemu sterowania ma być realizowana regulacja położenia blatu stołu ?

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 107 (2)**

Czy Zamawiający dopuści stół sekcyjny posiadający pojedynczy odpływ wody w wannie ściekowej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie określa ilości otworów odpływowych.**

**Pytanie 108 (3)**

Czy Zamawiający wymaga aby podpórka pod głowę była wykonana również ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytania z dnia 18.04.2007 r.**

(w nawiasach numer kolejny pytania danego wykonawcy do danej pozycji, przed nawiasem numer porządkowy nadany przez Zamawiającego).

## **Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**

### **Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów technicznych**

**Tabela 1.2.**

#### **II. Meble medyczne**

##### **Pytanie 109 (1) Dotyczy poz. 2 - Stół do badań-kozetka lekarska**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania stołu do badań-kozetki lekarskiej o wymiarach minimalnych 1900 x 650 x h=750 oraz regulowany minimalny kąt nachylenia zagłówka 45 stopni?

**Odpowiedź: Tak.**

##### **Pytanie 110 (2) Dotyczy poz. 3 – Stół do badań ze sterowaniem elektrycznym**

Czy Zamawiający dopuści Stół o wymiarach 2000x650 +/- 50 mm z regulacją elektryczną wysokości z pomocą przełącznika ramowego dostępnego z każdej strony stołu, bez kół odbojowych.

**Odpowiedź: Tak.**

##### **Pytanie 111 (3) Dotyczy poz. 25 – Stolik wózek-zabiegowy**

Czy w tej pozycji zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wózka o wymiarach 1070x 650x 1000 mm. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SIWZ

**Odpowiedź: Tak.**

Ponadto, Zamawiający wykreśla z pkt. I. Wyposażenie medyczne, Tabeli 1.2. w pozycji Nr 29 –waga elektroniczna – w tabeli: opis techniczny, błędne wyrażenie: „, przełączanie kg/ lbs”

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma poprzez fax na numer faxu Zamawiającego 091-327-06-29.