

WIM/MW/ZP/340/16/PYT-I/1943/2007

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania
WIM/ZP/340/16/2007**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i
udostępniono SIWZ/WIM/ZP/340/16/2007**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 24.04.2007 r. dotyczące treści SIWZ/WIM/ZP/340/16/2007 „„Dostawa urządzeń oraz sprzętu centralnej sterylizatorni dla Szpitala Miejskiego im. Alfreda Sokołowskiego przy ul. Mieszka I 7 w Świnoujściu””

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienia Wykonawcy z dnia 24 kwietnia 2007 roku zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytania z dnia 24 kwietnia 2007 r.

Pytanie nr 1

Czy w związku z postępowaniem odwoławczym Zamawiający zmieni termin składania ofert o min. 14 dni ?

Odpowiedź.

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert. Zespół arbitrów w dniu 23 kwietnia 2007 r. oddalił odwołanie Wykonawcy w całości, kończąc tym samym postępowanie, co za tym idzie nie zaszły okoliczności wymienione w ustawie Prawo zamówień publicznych skutkujące koniecznością zmiany terminu składania ofert.

Pytanie nr 2

Dot. Strona 35 SIWZ punkt 33

Czy Zamawiający dopuszcza do oferowania okna podawcze przesuwne wykonane z aluminium bez przeciwwagi lecz napędzane silnikiem elektrycznym ze sterowaniem po obu stronach okna i wymiarze w świetle otworu 71 x 71 cm "?

Uzasadnienie:

Proponowane okno jest również wykonane z materiału odpornego na korozję. Wymiary w świetle otworu umożliwiają przemieszczanie wózków wsadowych, myjni oraz nawet, największych przedmiotów. Sterowanie elektryczne jest wygodniejsze dla personelu.

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga zaoferowania okna podawczego o parametrach określonych na stronie 35 punkt 33 SIWZ.

Pytanie nr 3

Dot. Strona 36 SIWZ punkt 40 i 41

Czy Zamawiający dopuszcza do oferowania kosze narzędziowe zgodne ze standardem SPR1 585 x 395 x 195 mm i odpowiednio 585 x 395 x 100 mm ?

Uzasadnienie:

Brak jest przepisów zabraniających oferowania tego typu koszy..

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga zaoferowania koszy sterylizacyjnych o parametrach określonych na stronie 36 SIWZ w punktach 40 i 41.

Pytanie nr 4

Dot. Strona 36 SIWZ punkt 42 i 43

Czy Zamawiający dopuszcza do oferowania tace zgodne ze standardem DIN o wysokości 50 mm ?

Uzasadnienie:

Wysokość 50 mm jest typowym wymiarem tacy zgodnej ze standardem DIN.

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga zaoferowania tac sterylizacyjnych o parametrach określonych na stronie 36 SIWZ w punktach 42 i 43.

Pytanie nr 5 – (powtórzone przez Wykonawcę jego własne pytanie nr 2)

Dot. Strona 35 SIWZ punkt 33

Czy Zamawiający dopuszcza do oferowania okno podawcze przesuwne wykonane z aluminium bez przeciwwagi lecz napędzane silnikiem elektrycznym ze sterowaniem po obu stronach okna i wymiarze w świetle otworu 71 x 71 cm ?

Uzasadnienie:

Proponowane okno jest również wykonane z materiału odpornego na korozję. Wymiary w świetle otworu umożliwiają przemieszczanie wózków wsadowych myjni oraz nawet największych przedmiotów. Sterowanie elektryczne jest wygodniejsze dla personelu.

Odpowiedź.

Jak do pytania nr 2.

Zamawiający wymaga zaoferowania okna podawczego o parametrach określonych na stronie 35 punkt 33 SIWZ.

Pytanie nr 6

Dot. Strona 39 SIWZ punkt 5 oraz Modyfikacja nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuszcza do oferowania myjnię ultradźwiękową wyposażoną w pokrywę wykonaną z przezroczystego tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych ?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga zaoferowania myjni ultradźwiękowej o parametrach określonych w SIWZ w tabeli 1.2.1 (na stronie 39 i 40 SIWZ) oraz w Modyfikacji nr 1 z dnia 03 kwietnia 2007.

Pytanie nr 7

Dot. Strona 44 SIWZ punkt oraz Modyfikacja nr 1 poz. 17

Czy Zamawiający dopuszcza do oferowania zgrzewarkę wyposażoną w sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym i klawiaturą membranową ?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga zaoferowania zgrzewarki opakowań papierowo-foliowych zgodnej z parametrami określonymi w SIWZ w tabeli 1.2.3 (strona 44 i 45 SIWZ) oraz w Modyfikacji nr 1 z dnia 03 kwietnia 2007 r.

Pytanie nr 8

Dot. Strona 47 STWZ punkt 24

Czy Zamawiający dopuszcza do oferowania sterylizator parowy wyposażony w panelem sterujący z wyświetlaczem LCD po stronie wyładowczej informujący o czasie do końca procesu oraz temperaturze w komorze ?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga zaoferowania sterylizatora parowego o parametrach określonych w SIWZ w tabeli 1.2.4 (strony 45 do 49 SIWZ) oraz w Modyfikacji nr 1 z dnia 03 kwietnia 2007 r.

Pytanie nr 9

Dot. Strona 47 SIWZ punkt 26

Czy Zamawiający dopuszcza do oferowania sterylizator o szerokości wraz z panelami bocznymi wynoszącej 111,5 cm ?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga zaoferowania sterylizatora parowego o parametrach określonych w SIWZ w tabeli 1.2.4 (strony 45 do 49 SIWZ) oraz w Modyfikacji nr 1 z dnia 03 kwietnia 2007 r.

Pytanie nr 10

Dot. Strona 47 SIWZ punkt 29

Czy Zamawiający dopuszcza do oferowania sterylizator parowy wyposażony w nowoczesną kolorową drukarkę A4, która nie jest wbudowana w sterylizator wraz ze stolikiem wykonanym ze stali kwasoodpornej ?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga zaoferowania sterylizatora parowego o parametrach określonych w SIWZ w tabeli 1.2.4 (strony 45 do 49 SIWZ) oraz w Modyfikacji nr 1 z dnia 03 kwietnia 2007 r.

Pytanie nr 11

Dot. Strona 51 SIWZ punkt 24

Czy Zamawiający dopuszcza do oferowania sterylizator parowo-formaldehdowy wyposażony w panelem sterujący z wyświetlaczem LCD po stronie wyładowczej informujący o czasie do końca procesu oraz temperaturze w komorze?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga zaoferowania sterylizatora parowego o parametrach określonych w SIWZ w tabeli 1.2.5 (strony 49 do 53 SIWZ) oraz w Modyfikacji nr 1 z dnia 03 kwietnia 2007 r.

Pytanie nr 12

Dot. Strona 52 SIWZ punkt 29

Czy Zamawiający dopuszcza do oferowania sterylizator parowo-formaldehydowy wyposażony w nowoczesną kolorową drukarkę A4, która nie jest wbudowana w sterylizator wraz ze stolikiem wykonanym ze stali kwasoodpornej ?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga zaoferowania sterylizatora parowego o parametrach określonych w SIWZ w tabeli 1.2.5 (strony 49 do 53 SIWZ) oraz w Modyfikacji nr 1 z dnia 03 kwietnia 2007 r.

Ustosunkowując się do zadanych przez Wykonawcę „pytań”, Zamawiający ponadto stwierdza, co następuje:

1. Art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa, że Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Zadane przez Wykonawcę „pytania” nie są w swej istocie pytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ, lecz wnioskami o zmianę tej treści.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma poprzez fax na numer faxu Zamawiającego 091-327-06-29.