

Świnoujście, 18.04.2023 r.

Znak sprawy: ZP/02/2023

Adres do korespondencji:

Nazwa: Gmina Miasto Świnoujście - Zarząd Dróg Miejskich w Świnoujściu

Adres: ul. Wybrzeże Władysława IV 12, 72-600 Świnoujście

Numer telefonu: 91 321-42-67

Adres poczty elektronicznej: dut@zdm.swi.pl

adresy strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl>

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym określonym w przepisach art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na „Zakup i dostawa narzędzi, elektronarzędzi oraz mierników dla działu utrzymania tunelu w Świnoujściu”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2, 3 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.; dalej „ustawa PZP”) Zamawiający, przekazuje treść zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

„W związku z wątpliwościami jakie pojawiły się podczas analizy przedmiotu zamówienia, zwracamy się do Zamawiającego z następującymi pytaniami:

Pytanie 1.

W pozycji 5 Zamawiający opisał Kamerę termowizyjną z czułością termiczną wynoszącą 50mK, wedle wszelkiej naszej wiedzy i po dokonaniu analizy rynku nie istnieje na rynku kamera termowizyjna o czułości 50mK, spełniająca pozostałe parametry.

Dostępna jest kamera o czułości termicznej wynoszącej 40mK, czy w związku z powyższym

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę parametru dla czułości termicznej na 40mK, lub zmianę opisu przedmiotu zamówienia na pozwalający spełnić żądanie?”.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza kamerę termowizyjną o parametrach czułości termicznej wynoszących 40mk.

W konsekwencji powyższej zmiany Zamawiający informuje, że zmienia Opis Przedmiotu zamówienia w Rozdziale I pkt. 5 w następujący sposób:

Było:

1. „1szt. **KAMERA TERMOWIZYJNA minimalne wymagania:**
 - a. **Funkcje pomiarowe:**
Rozdzielczość detektora min. 384 x 288
Czułość termiczna 50mK

zakres pomiarowy 20°C...60°C, dokładność $\leq \pm 0,4^\circ\text{C}$;
wbudowana kamera zdjęć widzialnych - 5 Mpix;
tryby obrazowania: IR, wizualny, PIP (obraz IR nałożony na wizualny), MIF (połączenie obrazu IR i wizualnego);
zapis zdjęć i filmów na karcie SD lub bezpośrednio na komputer
5" obrotowy, dotykowy ekran;
wbudowany moduł analizy zdjęć;
możliwość dodania notatki tekstowej, głosowej oraz graficznej;
regulowana intensywność podświetlenia wyświetlacza,
umożliwiająca pracę zarówno przy mocnym oświetleniu, jak i w ciemnych pomieszczeniach;
GPS, cyfrowy kompas, latarka LED, wskaźnik laserowy;
wymienna bateria Li-Ion pozwalająca na 4-godzinny czas pracy;
interfejsy: microUSB 2.0, Wi-Fi, Gigabit Ethernet, MiniHDMI i slot SD"

2. Jest: "1szt. KAMERA TERMOWIZYJNA minimalne wymagania:

b. Funkcje pomiarowe:

Rozdzielczość detektora min. 384 x 288

Czułość termiczna 40mK

zakres pomiarowy 20°C...60°C, dokładność $\leq \pm 0,4^\circ\text{C}$;
wbudowana kamera zdjęć widzialnych - 5 Mpix;
tryby obrazowania: IR, wizualny, PIP (obraz IR nałożony na wizualny), MIF (połączenie obrazu IR i wizualnego);
zapis zdjęć i filmów na karcie SD lub bezpośrednio na komputer
5" obrotowy, dotykowy ekran;
wbudowany moduł analizy zdjęć;
możliwość dodania notatki tekstowej, głosowej oraz graficznej;
regulowana intensywność podświetlenia wyświetlacza,
umożliwiająca pracę zarówno przy mocnym oświetleniu, jak i w ciemnych pomieszczeniach;
GPS, cyfrowy kompas, latarka LED, wskaźnik laserowy;
wymienna bateria Li-Ion pozwalająca na 4-godzinny czas pracy;
interfejsy: microUSB 2.0, Wi-Fi, Gigabit Ethernet, MiniHDMI i slot SD".

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień: 24.04.2023 godz. 12.00

Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na dzień: 24.04.2023 godz. 12.30

Zamawiający zmienia termin związania ofertą na dzień: 23.05.2023 r.

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Ogłoszenia pozostają bez zmian.